



Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský
Držitel certifikátu ISO 9001:2008

ÚTVAR: OTK, Oddělení trvalých kultur

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

SPISOVÁ ZN.:
NAŠE ČJ.: UKZUZ 045945/2015

VYŘIZUJE: Ing. František Havíř
TELEFON: 725 111 490
E-MAIL: frantisek.havir@ukzuz.cz
ADRESA: Hroznová 2, 656 06 Brno

DATUM: 18. 5. 2015

Zveřejnění informací k zajištění testování rozmnožovacího materiálu prostřednictvím NOPRM.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 9. 12. 2014 (Čj.: 74248/2014-MZE-17221) Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen „NOPRM“) ovocných rostlin, révy a chmele v České republice (dále jen „ČR“) od hospodářsky významných škodlivých organismů, kterým se stanovují zásady a povinnosti spojené s ozdravováním tohoto rozmnožovacího materiálu, a to na základě požadavků stanovených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k těmto zákonům.

V této souvislosti vyhlašuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), jako orgán pověřený MZe úředním dohledem nad prováděním ozdravování rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů, révy a chmele, záměr pověřit osoby, které budou splňovat podmínky uvedené v NOPRM, prováděním testování na přítomnost škodlivých organismů, na které se testuje uvedený rozmnožovací materiál. Výčet významných škodlivých organismů a metody jejich testování jsou uvedeny v příloze č. 2 NOPRM (č. j.: 74248/2014-MZE-17221). Výsledky testování rozmnožovacího materiálu mohou být využity v rámci v uznávacích řízení množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů.

ÚKZÚZ
Hroznová 2
656 06 BRNO

Telefon: 543 548 111
Fax: 543 211 148
E-mail: podatelna@ukzuz.cz

IČ: 00020338
DIČ: CZ00020338

www.ukzuz.cz
ID DS: ugbaiq7

Rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti laboratoře bude vydáno po dobu realizace NOPRM, tj. na dobu určitou žadatelům/osobám, které budou splňovat podmínky stanovené v § 17 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb. a vyhláškou č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby. V souladu s těmito předpisy se stanovují následující požadavky na materiální a personální vybavení laboratoří, zaměření, organizaci a metody jejich činnosti, které musí žadatel o získání pověření výkonem činnosti referenční laboratoře splňovat:

a) požadavky na prostory, organizace a metody činností laboratoří

1. laboratoře pro přípravu vzorků, přípravu PCR reakcí a PCR amplifikaci a detekci musí být oddělené, min. ve dvou místnostech,
2. sérologická laboratoř,
3. fytotron-růstová komora (min. plocha 5 m²),
4. pěstební zařízení zabráňující samovolnému průniku původců testovaných chorob a jejich vektorů,

b) požadavky na materiální/přístrojové vybavení

1. laboratoř pro přípravu vzorků* (váhy/analytické váhy, zařízení pro homogenizaci vzorků, minicentrifuga, centrifuga, UV-spektrofotometr, dry-blok, vodní lázeň, vortex, automatické pipety - špičky s filtrem, chladnička +4°C, mraznička -20°C),
2. laboratoř pro přípravu PCR reakcí* (aseptický box, minicentrifuga, chladnička +4°C, mraznička -20°C, automatické pipety - špičky s filtrem),
3. laboratoř pro PCR amplifikaci a detekci* (PCR cykler, minicentrifuga, elektroforetická jednotka, UV transluminátor + dokumentační systém, chladnička +4°C, mraznička -20°C, automatické pipety - špičky s filtrem),
4. sérologická laboratoř (váhy/analytické váhy, zařízení pro homogenizaci vzorků, vertikální spektrofotometr (ELISA reader), promývačka mikrotitračních destiček, inkubátor, chladnička +4°C, mraznička -20°C, automatické pipety - špičky s filtrem),
5. autokláv, horkovzdušná sušárna, zdroj deionizované a PCR vody, výrobník šupinkového ledu,

*) Je nutné zabezpečit jednosměrný pohyb vzorků od příjmu vzorků, přes jejich zpracování až po detekci a dokumentaci výsledků testů. Vybavení laboratoří ani reagentie není možné přemísťovat mezi laboratořemi.

c) personální/organizační požadavky

Zpracovaný provozní řád diagnostické laboratoře/diagnostického pracoviště.

Provozní řád obsahuje:

1. identifikace právnické nebo fyzické osoby,
2. jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště, číslo telefonu, faxu a adresu elektronické pošty osoby odpovědné za provoz diagnostické laboratoře/diagnostického pracoviště,
3. seznam a popis závazných pracovních postupů používaných na pracovišti (popis zacházení s testovaným materiálem, diagnostický postup),
4. seznam pracovníků proškolených pro práci v diagnostické laboratoři,

5. organizační a technologické zabezpečení pracoviště (plánek celého pracoviště s vymezením laboratoří a prostor, ve kterých je prováděna diagnostika, popis technologického/přístrojového vybavení, postup sanitace prostor, likvidace infekčního materiálu, dekontaminace nástrojů a zařízení, osobních ochranných prostředků a oděvů),
6. seznam dokumentů o provedených rozborech,
7. individuální ozdravovací program pro příslušný izolát.

Žadatelé splňující výše uvedené podmínky, mohou své žádosti o pověření výkonem odborné činnosti laboratoře pro testování škodlivých organismů podávat v písemné anebo elektronické formě ve lhůtě do 29. 5. 2015 na adresu:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ředitel Odboru trvalých kultur
Ing. Jiří Urban
E-mail: jiri.urban@ukzuz.cz
Hroznová 2, 656 06 Brno

Ing. Daniel Jurečka
ředitel ÚKZÚZ