

**Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63, PSČ 656 06,
IČ 00020338, DIČ: CZ00020338
jejímž jménem jedná RNDr. Jaroslav Staňa, ředitel ústavu
(dále jen „zadavatel“)**

vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona:

„Laboratorní nábytek“

1. Základní podmínky pro výběrové řízení

- **Vymezení plnění veřejné zakázky**
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního nábytku a zařízení pro pracoviště ÚKZÚZ NRL RO Praha.
Výsledkem výběrového řízení bude uzavření kupní smlouvy.
- **Doba plnění, místo plnění veřejné zakázky**
Místo plnění: ÚKZÚZ, RO Praha, Za Opravnou 4, 150 06 Praha – Motol
Doba plnění: do 5 dnů od podpisu smlouvy
- **Technické požadavky**
Nabídka musí splňovat danou specifikaci nábytku uvedenou v příloze č. 1.
- **Záruční podmínky**
Zadavatel požaduje záruku na dodané zboží v délce min. 24 měsíců.
- **Požadavky na zpracování nabídky, náležitosti nabídky**
Minimální technické požadavky jsou uvedeny v **příloze č. 1**.
Cenová nabídka musí obsahovat **všechny požadované položky** uvedené v příloze č. 1.
Nabídka bude obsahovat **návrh kupní smlouvy** podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče.
Povinnými údaji uvedenými v nabídce jsou:
 - celková cena za dodávku zahrnující veškeré položky a náklady související s dodáním zboží bez a s DPH,
 - konečná cena za jednotlivé součásti dodávky bez a s DPH,
 - přesná technická specifikace jednotlivých součástí nabídky,
 - cena za dopravu na místo určení,
 - cena za instalaci,
 - délka poskytnuté záruky na dodané zboží.
- **Způsob hodnocení nabídek**
Do hodnocení budou zařazeny jen nabídky zájemců, které splňují technické požadavky a byly doručeny včas a kompletní.

Nabídky budou hodnoceny pomocí kritéria nejnižší nabídkové ceny – celkové ceny za dodávku včetně dopravy instalace a dalších souvisejících nákladů.

- **Podávání nabídek**

Nabídky lze podávat doporučeně nebo osobně v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. na adrese zadavatele v Brně, Hroznová 2, Národní referenční laboratoř, nejpozději do **15⁰⁰ hod. dne 27. 5. 2011**, a to v uzavřených obálkách, označených textem: **Zakázka: „Laboratorní nábytek“ – NEOTEVÍRAT** a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního orgánu, je-li právnickou osobou.

Nabídky musí být do skončení lhůty pro podávání nabídek doručeny zadavateli. Nabídky doručené opožděně a nabídky, které nebudou odpovídat požadavkům v tomto bodě, zadavatel neotevře a vrátí je uchazeči.

Lhůta, pro kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podávání nabídek a činí 30 dnů.

Otevírání obálek a vlastní hodnocení nabídek bude provedeno do týdne od vypršení termínu pro podání nabídek.

- **O výsledku hodnocení nabídek** uchazečů zadavatelem budou uchazeči písemně vyrozuměni do 10 pracovních dnů po skončení lhůty pro podávání nabídek.

- **Platební podmínky**

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč. Fakturace se provádí dle předpisů platných v době vystavení faktury po dodávce zboží. Lhůta pro splatnost faktur bude stanovena min. na 14 kalendářních dnů po doručení faktury zadavateli.

Zadavatel neposkytuje zálohy či jakékoliv jiné platby předem za objednané zboží či služby!

2. Základní údaje o zadavateli

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu,
Hroznová 2/63, 656 06 Brno,

Jejímž jménem jedná RNDr. Jaroslav Staňa, ředitel ústavu

IČ: 00020338, DIČ: CZ00020338

Zástupce zadavatele pověřený pro styk s uchazeči:

- ve věcech smluvních: *Mgr. Krzysztof Czerný, ředitel OMS, tel.: 543 548 267,*

- ve věcech technických: *Ing. Jaroslava Petrová, vedoucí NRL/R,; tel.: 737 267 781.*

3. Další podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo:
 - a) zrušit zadání zakázky,
 - b) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem,

- c) nevracet uchazečům podané nabídky,
- d) opakovat výzvu k podání nabídky s jinými uchazeči pokud žádná nabídka nesplní požadavky a účel výběrového řízení,

V Brně dne 18. 5. 2011

RNDr. Jaroslav Staňa
ředitel ÚKZÚZ

Příloha č. 1 – Specifikace nábytku

MÍSTNOST č. 1

1. Plechová digestoř, šířka 1500 mm

- okno elektricky ovládaná, automaticky zavíratelná, vertikálně posuvná, spodní i horizontálně posuvné bezpečnostní sklo
- instalace pro digestoř – řídicí jednotka s elektrickým ovládáním okna s možností kontinuálního měření průtoku vzduchu, včetně automatického zavírání okna,
- optická závora.

2. Pracovní stůl se zvýšenou nosností, šířka 1500 mm

- pracovní deska keramická kyselinovzdorná dlažba, polypropylenová vanička,
- laboratorní stojánkové armatury, studená voda.

3. bezpečnostní skříňka na kyseliny a louhy s odtahem, bez ventilátoru; plastový sokl, šířka 1200 mm, výška 720 mm

4. Laboratorní stůl

- šířka 3300 mm,
- plastový sokl,
- skříňka laboratorní otevřená, pro práci ve stoje, šířka: 1350 mm
- skříňka laboratorní kombinovaná pro práci ve stoje, jednodveřová, horní zásuvka uzamykatelná, šířka 900 mm,
- skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, jednodveřová, horní zásuvka uzamykatelná, šířka 450 mm,
- pracovní deska keramická dlažba kyselinovzdorná, šířka 3300 mm,
- kameninová výlevka včetně instalační skřínky, šířka 600 mm,
- směšovací stojánková baterie laboratorní – s kohouty nahoře,
- stojánková armatura – 2 x zásuvka 230V/16A.

4. Pracovní stůl

- šířka 1500 mm,
- plastový sokl,
- skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka uzamykatelná, šířka 900 mm,
- skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, jednodveřová, jedna horní zásuvka uzamykatelná, šířka 600 mm,
- pracovní deska, postforming, tl. 28 mm.

MÍSTNOST č. 2

1. Skříně - výška 2000 mm až 2010 mm,

- plastový sokl,
- skříň kuchyňská uzamykatelná, 3 stavitelné police, 2x mřížka, šířka 600 mm,
- skříň šatní, jednodveřová uzamykatelná, šířka 600 mm.

2. Stůl laboratorní

- šířka 3600 mm,
- plastový sokl,
- skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, šířka 700 mm,
- skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, jednodveřová, horní zásuvka uzamykatelná, šířka 600 mm,
- skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, jednodveřová, horní zásuvka uzamykatelná, šířka 450 mm,
- skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka uzamykatelná, šířka 900 mm,
- skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka, šířka 900 mm,
- pracovní deska postforming, tl. 28 mm,
- stojánková armatura – 2x zásuvka 230V/16A.

3. Stůl pracovní

- šířka 1500 mm,
- plastový sokl,
- skříňka laboratorní kombinovaná pro práci ve stoje, jednodveřová, horní zásuvka uzamykatelná, šířka 600 mm,
- skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka uzamykatelná, šířka 900 mm,
- pracovní deska, postforming, tl. 28 mm.

4. Odtahový díl kovový prosklený s posuvnými dveřmi

- rozměry 900x700/1100,
- bezpečnostní sklo
- průměr odtahu nejméně 110 mm