

**Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63, PSČ 656 06,
IČ 00020338, DIČ CZ00020338
jejímž jménem jedná RNDr. Jaroslav Staňa, ředitel ústavu
(dále jen „zadavatel“)**

vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona:

Veřejná zakázka
„Dodávka kapalinového chromatografu HPLC“

1. Vymezení plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka **1 ks kapalinového chromatografu HPLC**, který bude využíván ke stanovení křížové kontaminace krmiv, sledování zakázaných a nežádoucích látek v krmivech a stanovení kontaminace léčivy dle požadavků platných předpisů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1831/2003) a dále ke stanovení nově sledovaných složek hnojiv (Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 2003/2003).

2. Požadavky na zpracování nabídky:

Minimální technické požadavky kapalinového chromatografu:

Kvarterní čerpadlo:

- nízkotlaké kvartérní směšování vysokorychlostním proporcionálním ventilem,
- průtok mobilní fáze nastavitelný v rozmezí 0,001 – 10 ml/min v 0,001ml krocích,
- nastavení optimální kompresibility dle složení mobilní fáze,
- tlaková odolnost minimálně 600 bar (60 MPa) až do průtoku 5 ml/min,
- 4-kanálový vakuový deggaser,
- senzor úniku mobilní fáze.

Autosampler:

- objem nástřiku nastavitelný v rozmezí 0,1-100 µl (v 0,1 µl krocích) bez výměny dávkovací smyčky,
- programování dávkovacího cyklu online (derivatizace, příprava vzorku, ředění atd.),
- min. 60 pozic pro 2ml vialky,
- tlaková odolnost minimálně 600 bar,
- senzor úniku mobilní fáze.

Termostat kolon:

- teplotní rozsah od 10 °C pod okolní teplotu až do 80 °C,
- teplotní stabilita $\pm 0,15$ °C v celém teplotním rozsahu,
- kapacita dvě až tři 30 cm kolony,
- přepínací ventil pro 2 kolony, integrovaný v termostatu kolon,
- senzor úniku mobilní fáze.

Diode-array detektor:

- vlnová délka nastavitelná v rozsahu 190-640 nm,
- šum $< \pm 10 \times 10^{-6}$ AU,
- drift $< 0,5 \times 10^{-3}$ AU,

- přesnost nastavení vlnové délky ± 1 nm,
- sběr dat při nejméně 8 různých vlnových délkách s možností časového programování,
- online sběr spekter, tvorba vlastních knihoven spekter,
- rychlost sběru dat minimálně 80 Hz,
- senzor úniku mobilní fáze.

Fluorescenční detektor:

- rozsah excitačních vlnových délek 220-800 nm,
- rozsah emisních vlnových délek 220 - 800 nm,
- přesnost nastavení vlnové délky ± 3 nm,
- online sběr emisních i excitačních spekter s rychlostí 28 ms/datový bod,
- možnost současného měření minimálně při 4 různých vlnových délkách, s možností časového programování,
- rychlost sběru dat minimálně 70 Hz,
- tvorba vlastní knihovny spekter,
- senzor úniku mobilní fáze.

Řídící jednotka s 22“ monitorem a vyhodnocovacím a řídicím SW, který musí umožňovat:

- práce v prostředí Windows,
- kontrola a nastavení parametrů HPLC systému,
- sběr dat a jejich vyhodnocení,
- záznam výsledků a tvorba vlastních uživatelských formátů výstupních protokolů,
- možnost exportu naměřených dat, výsledků a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office (Excel, Word, atd.) i do prostředí internetu (html formát).

3. Další požadavky zadavatele k předmětu zakázky:

- autorizovaný servis včetně zajištění náhradních dílů na území České republiky s odezvou do 24 hodin,
- telefonická podpora,
- zaškolení v ceně dodávky – min. 2 dny (1 den při dodání zboží a další dle dohody),
- následná podpora a poradenství,
- záruka minimálně 24 měsíců,
- zadavatel nepřipouští zálohy či jakékoliv platby před dodáním zařízení.

4. Kvalifikační předpoklady:

- kopie dokladu o oprávnění k podnikání,
- kopie výpisu z obchodního rejstříku,
- kopie dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem,
- doklad o autorizaci dodavatele výrobcem,
- doklad o autorizovaném servisu nebo doklad o proškolení servisního technika přímo u výrobce.

5. Obsah nabídky:

- detailní technické parametry přístroje,
- nabídková cena přístroje celkem i položkově dle komponent (bez DPH i s DPH) včetně příslušenství, dopravy na místo určení, instalace, zaškolení pracovníků v místě dodávky,
- cena servisu (cena servisní hodiny a vyčíslená cesta servisního technika z místa servisu do místa plnění) bez DPH i s DPH,

- délka školení ve dnech,
- délka záruky v měsících,
- termín dodání (v týdnech),
- kvalifikační doklady,
- návrh kupní smlouvy,
- vyplněná tabulka s parametry, které budou následně součástí hodnocení - (viz tab. č. 1),
- v závěru nabídky bude uvedena osoba, která nabídku zpracovala a kontakt na osobu, která bude pověřena zodpovídáním případných dotazů týkající se zakázky a které budou zasílány případné doplňující informace, pokud vzejdou ze strany zadavatele nebo ze strany jiných uchazečů.

Tabulka č. 1 Parametry pro hodnocení nabídky

Parametr	Požadovaná hodnota/ rozmezí hodnot	Nabízená hodnota/rozmezí hodnot
Kritéria ve vztahu k ceně		
Cena dodávky (vč. příslušenství, dopravy, instalace, školení) ¹⁾	x	
Cena servisu (cena servisní hodiny a cesta technika na místo plnění; bez náhradních dílů)	x	
Ostatní		
Kompatibilita se současným zařízením (Agilent 1100)	kompatibilita preferována	
Délka školení pracovníků ve dnech	min. 2 dny, hodnoceno do 5 dnů	
Záruční doba v měsících	min. 24 měsíců, hodnoceno do 48 měsíců	

¹⁾ celková cena včetně DPH

6. Způsob hodnocení nabídek:

Do hodnocení budou zařazeny pouze nabídky splňující kvalifikační předpoklady, technické a další požadavky zadavatele.

Vyhovující nabídky budou hodnoceny dle **kritéria ekonomické výhodnosti**. Výčet hodnotících kritérií včetně příslušných vah je uveden v tabulce č. 2.

a) obecný vzorec pro výpočet bodových hodnot

*Počet bodů kritéria (nejvhodnější nabídka je max. hodnota) = 100 * hodnota nabídky/nejvhodnější nabídka*

*Počet bodů kritéria (nejvhodnější nabídka je min. hodnota) = 100 * nejvhodnější nabídka/hodnota nabídky*

*Skutečná výše bodů = počet bodů kritéria * váha kritéria*

V případech, kdy není možné daný způsob výpočtu použít, bude u každého kritéria určeno, jakým způsobem bude hodnocení probíhat.

b) hodnotící kritéria

Tabulka. č. 2

Parametr	Váha	Způsob hodnocení
Kritéria ve vztahu k ceně		
Cena dodávky (vč. příslušenství, dopravy, instalace, školení) ¹⁾	70%	dle vzorce
Cena servisu (cena servisní hodiny a cesta technika na místo plnění; bez náhradních dílů)	10%	dle vzorce
Ostatní		
Kompatibilita se stávajícím zařízením ²⁾	10%	kompatibilita plně zaručena.....100 bodů zařízení je pouze částečně kompatibilní za splnění 2 požadavků 60 bodů za splnění 1 požadavku.....30 bodů zařízení není schopné zajistit kompatibilitu ani v jednom požadavku... 0 bodů
Délka školení pracovníků ve dnech	5%	2 dny.....nehodnoceno > 2 dny dle vzorce, max. do 5 dnů
Délka záruky	5%	24 měsíců.....0 bodů > 24 měsíců.....dle vzorce, max. do 48 měsíců

¹⁾ celková cena včetně DPH

²⁾ kompatibilita se současným zařízením (Agilent1100)

a) s ovládacím softwarem - Chemstation, možnost přenosu již vytvořených metod,

b) s přídatným zařízením (derivatizační jednotkou),

c) servisu (dodavatel poskytuje servis obou zařízení).

c) celkové hodnocení

Výsledné hodnocení je dáno součtem bodů získaných v rámci jednotlivých kritérií. Pro případ, že nabídky dvou či více uchazečů získají stejné výsledné hodnocení, je rozhodující počet bodů získaných v rámci kritéria cena dodávky. Při hodnocení se stanoví pořadí hodnocených nabídek.

7. Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Zařízení musí být dodáno nejpozději **do 8 týdnů od výběru nejvhodnější nabídky.**

Místem plnění veřejné zakázky bude pracoviště NRL RO Praha, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol.

8. Základní údaje o zadavateli:

Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, Hroznová 2/63, 656 06 Brno,

IČ: 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná RNDr. Jaroslav Staňa, ředitel ústavu.

Zástupci zadavatele pověřeni jednáním s uchazeči:

ve věcech smluvních: Ing. Hana Romanová, tel. 543 548 377,

ve věcech technických: RNDr. Jiří Zbíral, PhD., ředitel Národní referenční laboratoře,
tel. 543 548 329,

Ing. Jaroslava Petrová, vedoucí oddělení NRL RO Praha,
tel: 257 294 288.

9. Podávání nabídek:

Nabídky lze podávat doporučeně nebo osobně v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. na adrese zadavatele v Brně, Hroznová 2, odd. rozpočtu, nejpozději **do 28. 7. 2011 do 14:00 hod.**, a to v uzavřených obálkách, označených názvem veřejné zakázky „**Výzva – Dodávka kapalinového chromatografu HPLC**“ – **NEOTEVÍRAT** a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního orgánu, je-li právnickou osobou.

Nabídky musí být do skončení lhůty pro podávání nabídek doručeny zadavateli. Nabídky doručené opožděně a nabídky, které nebudou odpovídat požadavkům v tomto bodě, zadavatel neotevře a vrátí je uchazeči.

Lhůta, pro kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podávání nabídek a činí 30 dnů.

10. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadání zakázky,
- odmítnout všechny předložené nabídky,
- nevracet předložené nabídky,
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

V Brně dne 15. července 2011

RNDr. Jaroslav Staňa
ředitel ústavu