

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63, PSČ 656 06, IČ 00020338, jejímž jménem jedná RNDr. Jaroslav Staňa, ředitel ústavu (dále jen „zadavatel“)

vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona:

**Veřejná zakázka
„Dodávka sestavy RT-PCR“**

Vymezení plnění veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka **1 ks sestavy RT-PCR s purifikátorem** pro účely zavedení specifikační metody na určení původu zpracovaných živočišných bílkovin v krmivech podle požadavků EC DG SANCO.

Požadavky na zpracování nabídky:

Minimální technické požadavky sestavy RT-PCR:

Cycler:

- amplifikační jednotka s rychlostí PCR reakce do 30 minut,
- variabilní reakční objem v rozmezí 20 - 100 µl,
- rychlost změny teploty až 20 °C/s při zajištění teplotní homogenity a stability v amplifikační komoře,
- možnost analyzovat současně min 30 vzorků,
- možnost on-line přenosu měřených dat RT-PCR,
- detektor s minimálně 4 detekčními kanály v rozsahu 530 - 705 nm,
- zdroj světla s neomezenou životností (LED dioda),
- citlivost detekce (3 pg genomické DNA - SYBRGreen, 0,1 pg celkové RNA - 2stupňový rt-PCR),
- pracovní formáty - SYBRGreen, hydrolyzační sondy, hybridizační sondy, sondy "molecular beacons" a "simple probes".

Purifikátor:

- plně automatická purifikace na volitelný objem vzorku od 50 µl do 1ml a účinností rovnu nebo vyšší než 95%,
- v cyklu minimálně 15 vzorků,
- flexibilní systém umožňující purifikaci DNA i RNA,
- možnost nastavitelnosti běhu cyklů v závislosti na koncentraci DNA,
- purifikace na bázi variabilních magnetických částic s flexibilním využitím různých dodavatelů chemikálií se stejnou účinností purifikace.

Příslušenství:

- ovládací software - "user friendly", práce v prostředí Windows,
- tvorba a ukládání protokolů pro různé PCR reakce,
- nejméně dvě uživatelské úrovně s různými právy,
- tisk výstupních protokolů s datem analýzy ve formátu bez možnosti změny,
- možnost exportu naměřených dat ve formě numerických hodnot i grafů.

Další požadavky zadavatele k předmětu zakázky:

- autorizovaný servis včetně zajištění náhradních dílů na území České republiky s odezvou do 24 hodin,
- telefonická podpora,
- zaškolení v ceně dodávky – min. 2 dny (1 den při dodání zboží a další dle dohody),
- zapůjčení náhradního zařízení po dobu servisního zásahu (při délce trvání opravy více než 3 dny),
- následná podpora a poradenství,
- záruka minimálně 24 měsíců,
- zadavatel nepřipouští zálohy či jakékoliv platby před dodáním zařízení.

Kvalifikační předpoklady:

- kopie dokladu o oprávnění k podnikání,
- kopie výpisu z obchodního rejstříku,
- kopie dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem,
- validační protokol přístroje,
- doklad o autorizaci dodavatele výrobcem,
- doklad o autorizovaném servisu nebo doklad o proškolení servisního technika přímo u výrobce.

Obsah nabídky:

- detailní technické parametry přístroje,
- nabídková cena přístroje celkem i položkově dle komponent (bez DPH i s DPH) včetně příslušenství, dopravy na místo určení, instalace, zaškolení pracovníků v místě dodávky,
- cena servisu (cena servisní hodiny a kilometrovné) bez DPH i s DPH,
- délka školení ve dnech,
- délka záruky v měsících,
- termín dodání (v týdnech),
- kvalifikační doklady,
- návrh kupní smlouvy,
- v závěru nabídky bude uvedena osoba, která nabídku zpracovala a kontakt na osobu, která bude pověřena zodpovídáním případných dotazů týkající se zakázky a které budou zasílány případné doplňující informace, pokud vzejdou ze strany zadavatele nebo ze strany jiných uchazečů.

Tabulka č. 1 Parametry pro hodnocení nabídky

Parametr	Požadovaná hodnota/ rozmezí hodnot	Nabízená hodnota/rozmezí hodnot
Kritéria ve vztahu k ceně		
Cena dodávky (vč. příslušenství, dopravy, instalace, školení) ¹⁾	x	
Cena servisu (cesta a práce technika na místo určení; bez náhradních dílů)	x	
Ostatní		
Délka školení pracovníků ve dnech	min. 2 dny, hodnoceno do 5 dnů	
Záruční doba v měsících	min. 24 měsíců, hodnoceno do 48 měsíců	

¹⁾ celková cena včetně DPH

Způsob hodnocení nabídek:

Do hodnocení budou zařazeny pouze nabídky splňující kvalifikační předpoklady, technické a další požadavky zadavatele.

Vyhovující nabídky budou hodnoceny dle **kritéria ekonomické výhodnosti**. Výčet hodnotících kritérií včetně příslušných vah je uveden v tabulce č. 2.

a) obecný vzorec pro výpočet bodových hodnot

$\text{Počet bodů kritéria (nejvhodnější nabídka je max. hodnota)} = 100 * \text{hodnota nabídky/nejvhodnější nabídka}$

$\text{Počet bodů kritéria (nejvhodnější nabídka je min. hodnota)} = 100 * \text{nejvhodnější nabídka/hodnota nabídky}$

$\text{Skutečná výše bodů} = \text{počet bodů kritéria} * \text{váha kritéria}$

b) hodnotící kritéria

Tabulka. č. 2

Parametr	Váha	Způsob hodnocení
Kritéria ve vztahu k ceně		
Cena dodávky (vč. příslušenství, dopravy, instalace, školení) ¹⁾	0,6	dle vzorce
Cena servisu (cesta a práce technika na místo určení; bez náhradních dílů)	0,2	dle vzorce
Ostatní		
Délka školení pracovníků ve dnech	0,1	2 dny.....nehodnoceno > 2 dny dle vzorce, max. do 5 dnů
Délka záruky	0,1	24 měsíců.....0 bodů > 24 měsíců... ..dle vzorce, max. do 48 měsíců

c) celkové hodnocení

Výsledné hodnocení je dáno součtem bodů získaných v rámci jednotlivých kritérií. Pro případ, že nabídky dvou či více uchazečů získají stejné výsledné hodnocení, je rozhodující počet bodů získaných v rámci kritéria cena dodávky. Při hodnocení se stanoví pořadí hodnocených nabídek.

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Zařízení musí být dodáno nejpozději **do 6 týdnů od výběru nejvhodnější nabídky**. Místem plnění veřejné zakázky bude pracoviště NRL RO Praha, Za Opravnou 4, 150 06 Praha 5 – Motol.

Základní údaje o zadavateli:

Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, Hroznová 2/63, 656 06 Brno,

IČ: 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná RNDr. Jaroslav Staňa, ředitel ústavu.

Zástupci zadavatele pověřeni jednáním s uchazeči:

ve věcech smluvních: Ing. Hana Romanová, tel. 543 548 377,

ve věcech technických: RNDr. Jiří Zbírál, PhD., ředitel Národní referenční laboratoře,

tel. 543 548 329,

Ing. Jaroslava Petrová, vedoucí oddělení NRL RO Praha,

tel: 257 294 288.

Podávání nabídek:

Nabídky lze podávat doporučeně nebo osobně v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. na adrese zadavatele v Brně, Hroznová 2, odd. rozpočtu, nejpozději **do 23. 5. 2011 do 14:00 hod.**, a to v uzavřených obálkách, označených názvem veřejné zakázky „**Výzva – Dodávka sestavy RT-PCR**“ – **NEOTEVÍRAT** a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního orgánu, je-li právnickou osobou.

Nabídky musí být do skončení lhůty pro podávání nabídek doručeny zadavateli. Nabídky doručené opožděně a nabídky, které nebudou odpovídat požadavkům v tomto bodě, zadavatel neotevře a vrátí je uchazeči.

Lhůta, pro kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podávání nabídek a činí 30 dnů.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadání zakázky,
- odmítnout všechny předložené nabídky,
- nevracet předložené nabídky,
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

V Brně dne 6. května 2011

RNDr. Jaroslav Staňa
ředitel ústavu