



Váš dopis zn.:
Vyřizuje: Mgr. Králíček

Naše zn./č.j.:
Tel./fax: 543 548 236

V Brně, dne: 11. 4. 2012
e-mail: miloslav.kralicek@ukzuz.cz

Dodatečné informace k veřejné zakázce „Dodávka FT NIR spektrometru - 2ks“

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, IČ 00020338 jako zadavatel veřejné zakázky „Dodávka FT NIR spektrometru - 2ks“ ev.č. 7202010009416 obdržel dne 10. 4. 2012 následující dotazy k této veřejné zakázce:

1. Část 2.3 b zadávací dokumentace připouští předložení variantní nabídky, neupřesňuje ovšem způsob podání variantních nabídek. Žádáme o upřesnění způsobu podání variantních nabídek.

Odpověď zadavatele:

Variantní nabídky mohou být předloženy i v jedné obálce; variantní nabídky však musí být jasně specifikovány a označeny (př. variantní nabídka č. 1, atd.).

2. V části 3.2.6. zadávací dokumentace je uvedeno: ”- zadavatel dále uvede reakční čas servisního zásahu, servisního místa”. Žádáme o potvrzení, že došlo k přepisu a správně mělo být uvedeno “ - dodavatel dále uvede reakční čas servisního zásahu, servisního místa.”.

Odpověď zadavatele:

Ano, potvrzujeme, že došlo k přepisu a v zadávací dokumentaci má být správně uvedeno „- **dodavatel** dále uvede reakční čas servisního zásahu, servisní místa.“.

3. V tabulce č. 1 Parametry pro hodnocení nabídky požadujete uvedení ceny servisu, neupřesňujete ovšem, zda-li se jedná o ceny záručního servisu či ceny servisu po uplynutí záruční doby? Prosíme o vysvětlení této otázky.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o uvedení ceny servisu po uplynutí záruční doby. Zadavatel pracuje s předpokladem, že servis v záruční době je prováděn zdarma.

Bc. Zdeněk Mach
ředitel ústavu